



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Termo de Decisão – Pregão Presencial - 42/2019

José Renato das Chagas, na condição de Prefeito Municipal de Portão, fazendo uso das atribuições gerais que lhe são concedidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei 8.666/93, considerando recurso interposto pela empresa IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA que alegou que a empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA não atende ao "descritivo do equipamento" conforme prevê o Edital.

Encaminhado a análise da equipe técnica da Secretaria da Saúde que informa que o descritivo do equipamento apresentado pela empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, não corresponde com o descritivo solicitado no Edital, diante de divergências no que tange aos transdutores disponíveis.

Diante disso, decido pela desclassificação da empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 11.405.384/0001-49, pelas razões acima expostas

Encaminho ao Departamento de Compras para que dê conhecimento às empresas interessadas.

Portão, Gabinete da Secretaria da Administração, em 09 de agosto de 2019.


JOSÉ RENATO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER
SECRETARIA DA SAÚDE

Portão, 09 de agosto de 2019.

A Comissão de Licitação

A equipe técnica da Secretária Municipal da Saúde, vêm por meio deste, responder aos recursos encaminhados a Comissão de Licitação do Município, referente ao Pregão Presencial nº42/2019.

A empresa IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA apresentou recurso alegando que a empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA não atende ao “descritivo do equipamento” solicitado em edital, com tudo a empresa ALFA MED em recurso entregue justifica as diferenças apontadas pela empresa IMP em recurso publicado.

A equipe técnica da Secretaria da Saúde, realizou uma extensa avaliação em todos documentos que se refere a licitação em questão, desde do edital de publicação, recursos e documentos entregues no momento do pregão presencial.

Constatamos que o descritivo do equipamento (Ultrassom Magnus A7) apresentado pela empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, NÃO corresponde com o descritivo solicitado em edital. Divergências encontradas no que se refere aos Transdutores disponíveis.

A equipe técnica vem em busca de melhorar as imagens dos exames já realizados em sua Secretaria da Saúde, uma vez que já possuímos um aparelho de ultrassom e sendo necessário adquirir um equipamento que se enquadre dentro do solicitado.

Atenciosamente.

~~Fabio Beneton~~
~~Secretário Municipal de Saúde~~
~~Portão/RS~~
Fabio Beneton

Isabel Nunes
Administrativo
SEMSA/Portão/RS
Isabel Nunes

Claudia Kipper
Médica Ecografista
Cláudia Kipper